



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-5/2018

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „**Materiały opatrunkowe**”.

- Wykonawca – Dot. pakietu nr 18** - Czy Zamawiający wymaga folii chirurgicznej sterylnej, oddychająca, antystatyczna, matowa, z folii poliestrowej o grubości 0,025mm, z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznakowaniem końca folii stosowane podczas aplikacji. Wyrób medyczny klasy III. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiary zgodne z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający wymaga.
- Wykonawca – Dot. pakiet nr 11** - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do cewników – wzmocniony włókniną, okienko z folii poliuretanowej, z nacięciem, pokryty hipoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, utrzymujący się na powierzchni skóry min. 72 godziny, rozm. 9 x 11 cm, wyposażony w trzy dodatkowe paski włókninowe do mocowania i opisania opatrunku, opakowanie papier klasy medycznej.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
- Wykonawca – Dot. pakiet nr 12** - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie jałowego, przezroczystego opatrunku z folii poliuretanowej pokrytego klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przezroczysty- posiadający dwa dodatkowe paski mocujące do mocowania kaniul z wycięciem na port pionowy, z systemem ramki z etykietą umożliwiającą opis. Rozm.: 7x9 cm, opakowanie papier klasy medycznej.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
- Wykonawca – Dot. pakiet nr 13** - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozm. 6 x 8 cm.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów z SIWZ.
- Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycje 3-4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych, jałowych 17n, 12w, 7,5 x 7,5 cm o minimalnej gramaturze jednego kompresu 1,61g?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

6. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycje 5-6** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów gazowych, jałowych 17n, 12w, 10 x 10 cm o minimalnej gramaturze jednego kompresu 2,82g?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
7. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycje 5-6 – Pozycja 8** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania kompresów włókninowych jałowych 5 cm x 5 cm, w opakowaniu 25 x 2 szt., 4 warstwowych, o wadze włókniny 30 g/m²?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
8. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 7 - Pozycja 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca w rozmiarze 15 x 8 cm – pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
9. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 8 - Pozycje 1-2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wodoodpornego, przezroczystego przylepca poliuretanowego na rolce przeznaczonego do zabezpieczania i podtrzymywania opatrunków właściwych oraz umocowania sprzętu medycznego (kaniule, cewniki, dreny) w zamawianych rozmiarach?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ, w tym zastosowania w profilaktyce przeciwoleżynowej.
10. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 10 - Pozycja 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne, niewzmocnionego w rozmiarze 6 x 101 mm?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
11. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 10 - Pozycja 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne, niewzmocnionego w rozmiarze 6 x 76 mm?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
12. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 3 i 4 kompresów o minimalnej gramaturze jednego kompresu 1,68 g.**
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
13. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 5, 6, 7 kompresów o minimalnej gramaturze jednego kompresu 2,71 g.**
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
14. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 8 jałowych kompresów włókninowych 5cm x5cm op. 2 sztuki, 4 warstwy o wadze 30g/m² włókniny.**
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
15. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 13 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na opatrunek o wymiarze 6cm x 8cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**
Odpowiedź –Zamawiający wyraża zgodę.
16. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego włókninowego opatrunku do mocowania i stabilizacji kaniuli w rozmiarze 7cmx6cm lub 8cmx6cm.**
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza rozmiar 8cmx6cm przy zachowaniu pozostałych parametrów z SIWZ.
17. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

18. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

19. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

20. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

21. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

22. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 1** - Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

23. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

24. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ..

25. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

26. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

27. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

28. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy Zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

29. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy Zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

30. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy Zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

31. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych oraz 23 g/m² dla 17 nitkowych?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
32. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
33. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-7, Pozycja 9-10** - Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe jałowe?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
34. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
35. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1-8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane w blister typu papier-papier z intuicyjnym oznaczeniem miejsca otwarcia?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
36. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe o gramaturze 30g/m² 4 warstwowe pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
37. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'2szt. blisterx25szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
38. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 3-7** - Czy Zamawiający dopuści kompresy bez dodatkowej etykiety do wklejenia do dokumentacji pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
39. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3szt. blisterx25szt. z przeliczeniem?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
40. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 3 - Pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj. poliestrowych i poliamidowych pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
41. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
42. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2 - Pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści kompresy o gramaturze jednego kompresu 1,656g?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
43. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 7 - Pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy na kleju typu hot-melt (kautczuk syntetyczny)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
44. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 19 - Pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści bandaż wykonany z bawełny, jedwabiu poliamidowego oraz przędzy elastomerowej?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

45. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 19 - wymogi zestawów zabiegowych pkt 3** - Czy Zamawiający dopuści minimalną gramaturę 1 szt. kompresu gazowego 7,5cm x 7,5cm 8W, 17N = 1,242g oraz kompresu 5cm x 5cm 12W, 17N = 0,759g? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

46. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści gazę 13nitkową?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

47. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy za 100mb?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza przy odpowiednim przeliczeniu.

48. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 2-7** - Czy Zamawiający dopuści różnicę w wagach kompresów +/-10%?

Odpowiedź – Zamawiający poprawia omyłkę pisarską - **pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 2-7**. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

49. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 1 - Pozycja 3-7** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od etykiet samoprzylepnych.

Odpowiedź – Zamawiający poprawia omyłkę pisarską - **pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 3-7**. Zamawiający nie wyraża zgody.

50. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 4 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

51. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 4 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkłady pakowane a'6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

52. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 5 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za ligninę w arkuszach pakowaną a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

53. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 5 - Pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o składzie 50% bawełna + 50% wiskozy?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

54. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 5 - Pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

55. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 9 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za przylepiec pakowany a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

56. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 13 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek pakowany a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

57. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 18 - Pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu, grubość 0,03mm, sterylizowana tlenkiem etylenu?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

58. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 18 - Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze przylepnym 30cmx36cm?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
59. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 18 - Pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o rozmiarze przylepnym 14cmx21cm?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
60. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
61. **Wykonawca – Dot. pakiet nr 7** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 opatrunki jałowe pokryte hipoalergicznym klejem kauczukowym, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
62. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź – Terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
63. **Wykonawca – Dot. projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie godzin** dostarczania asortymentu transportem Wykonawcy min. do godz. 15.00 (par. 2 ust. 1 d)? *Godzina 14.00 jest czasem największego natężenia ruchu, co znacznie może utrudnić dotarcie na czas z asortymentem. Należy brać pod uwagę czynniki związane z natężeniem ruchu – korkami ulicznymi, ale także warunki pogodowe.*
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.
64. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy Zamawiający potwierdza, że czynność rozładunku (par. 2 ust. 2) nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? *Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.*
Odpowiedź – Zamawiający informuje, że czynność rozładunku obejmuje możliwość sprawdzenia przez przedstawiciela zamawiającego w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem
65. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostaw do 60 godzin licząc od dnia zgłoszenia (par. 2 ust. 3)?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.
66. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę. Powyższą kwestię rozstrzyga par 9 ust 5 pkt 19 projektu umowy.
67. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynosiła 2 % wartości netto niezrealizowanej części zamówienia (par. 6 ust. 1 a)?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.

68. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami projektu umowy.

69. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż powyższe wynika z par. 5 ust. 2 oraz par 9 ust 5 pkt 1 projektu umowy.

70. **Wykonawca – Dot. projektu umowy** - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

Staszów, dnia 22.03.2018 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie