



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ–380–6/2018

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy odczynników do badań morfologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych**”.

- Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt. 7:** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”. Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę §2 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach siwz i projektu umowy w tym zakresie w związku z tym, co zamawiający zapisał w siwz, tj.: „...Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy”.
- Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, pkt. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę §1 ust. 2 wzoru umowy 9 Załącznik nr 4 do SIWZ).
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym odpowiednio modyfikuje projekt umowy w tym zakresie.
- Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §1 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „, z zastrzeżeniem okoliczności, o której mowa w §2 ust. 5 umowy”.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym odpowiednio modyfikuje projekt umowy w tym zakresie.
- Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §2 ust. 4: Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania bezpłatnie odczynników, materiałów zużywalnych niezbędnych do pracy aparatów w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
Odpowiedź – Zamawiający zgadza się na uzupełnienie postanowienia zapisem: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ”

5. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §2 ust. 10: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia wzoru umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto wytwórca odpadu zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutilizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu, w zamian wymaga w ramach rekompensaty bezpłatnej dostawy odczynników na kwotę 1000,-zł brutto przy instalacji analizatorów.
6. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §3 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego licząc od dnia dostarczenia do laboratorium?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
7. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §4 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Faktury za dzierżawę analizatorów będą wystawiane do 7 dni kolejnego miesiąca z dołu” na zapis w brzmieniu: „Faktury za dzierżawę analizatorów będą wystawiane ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego”? Zmiany powyższe podyktowane są stricte kwestiami księgowymi.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
8. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
9. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §4: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.” W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy.
10. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §5 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „wymieni zakwestionowany towar” wyrażenia „w przypadku uzasadnionej reklamacji”? Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny od wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie w każdym.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
11. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §5 ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

12. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §6 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowień umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
13. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §6 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i pkt. 2) lit. a): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 3 umowy. W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź ad. 12 i 13) – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
14. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §6 ust. 2 pkt. 1) lit. b): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej. Ewentualnie prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonej kary do 100 zł.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.
15. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §6 ust. 2 pkt. 1) lit. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości zareklamowanego towaru. Ewentualnie prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonej kary do 100 zł.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.
16. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §6 ust. 2 pkt. 1) lit. d): Prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonej kary do 100 zł.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.
17. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ: §6:** Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kary umownej, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 2) lit. b) nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
18. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:** §8 ust. 1 lit. d): Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.”
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
19. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie materiałów kontrolnych do zaoferowanych analizatorów hematologicznych w terminach zgodnych z harmonogramem dostaw, który zostanie dostarczony wraz z analizatorami?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.
20. **Wykonawca – Dotyczy SIWZ:** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał opakowania po odczynnikach zawierających substancje niebezpieczne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od tego wymogu, co wynika z faktu, że ilość takich opakowań jest niewielka, a Firmy odbierające takie odpady nie są zainteresowane odbiorem tak małych ilości opakowań?
Odpowiedź – Patrz pkt 5.
21. **Wykonawca – Dotyczy siwz:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do zaoferowanych analizatorów hematologicznych posiadających termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy, a krwi kontrolnej minimum 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw?
Odpowiedź – Patrz pkt 6.

22. **Wykonawca** – dotyczy siwz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które nie są wyposażone w półautomatyczny analizator do barwienia rozmazów krwi obwodowej- pkt 22 parametrów wymaganych dla analizatorów?
Odpowiedź – Zamawiający wyjaśnia, iż wykreśla pkt 22 - jest to omyłka w siwz.

23. **Wykonawca** – dotyczy siwz: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli międzynarodowej IQAS on-line- kontrola międzynarodowa producenta analizatorów, która prowadzona jest on-line przez internet w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

Staszów, dnia 10.04.2018 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie