Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76
www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

Znak DZPiZ–380–12/2018

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy **„Przyrządów do anestezji i resuscytacji":**

1. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 2 dopuści w rozmiarach 3 - 4,5 rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem uszczelniającym nieposiadające badań potwierdzających obniżoną przenikalność dla N2O?
   Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.

2. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 2 i 3 dopuści rurki intubacyjne z oznaczeniem poziomu strun głosowych w postaci pojedynczego znacznika głębokości, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?
   Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

3. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 5 dopuści jednorazowe, sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych, do ukształtowania, z gładkim, wygiętym końcem, pokryte miękkim tworzywem PCW, nie zawierające lateksu, w rozmiarach: 2,0 mm do rurek od 2,5 mm do 4,5 mm; 4,0 mm do rurek od 5,0 mm do 8,0 mm i 5,0mm do rurek od 8,5 mm do 11,0 mm?
   Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

4. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 8 dopuści rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym wykonane z wysokiej klasy termoplastycznego, medycznego PCW, przezroczyste, w całości widoczne w promieniach rtg, spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ?
   Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

5. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie: - Sterylny obwód oddechowy, trójnik Y z 1 portem, pozostałe parametry bez zmian ? Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na obwód z portem, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Port na trójniku nie ma absolutnie żadnego niekorzystnego wpływy na terapię oddechową, proces leczenia. Można z niego korzystać, bądź nie. Jest to dodatkowa funkcjonalność. W przeciwnym wypadku prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie: - Sterylny obwód oddechowy, 2 gałęzie 180cm i dodatkowe raie długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
   Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

6. **Wykonawca –** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4, poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie: - Sterylny obwód oddechowy, trójnik Y z 1 portem, pozostałe parametry bez zmian ? Uzasadnienie: Wyrażenie zgody na obwód z portem, pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Port na trójniku nie ma absolutnie żadnego niekorzystnego wpływy na terapię oddechową, proces leczenia. Można z niego korzystać, bądź nie. Jest to dodatkowa funkcjonalność.
   Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

7. **Wykonawca –** dot. pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń z kolorowym wskaźnikiem, widocznym z każdej strony, który czyni monitoring ciśnienia prostym a zawór bezpieczeństwa chroni worek przed nadmiernym ciśnieniem z trójdrożnym zaworem słupkowym zamykającym, zapewniającym precyzyjną kontrolę ciśnienia, bez ciśnieniomierza z kolorową i obrotową podziałka. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

8. **Wykonawca –** dot. §7 ust. 1,2.b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary wynikające z w/w zapisu wynosiły 0,2% zamówienia dostarczonego ze zwłoką, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Wykonawca –** dot. §7 ust. 1,2c) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: "za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w terminie ważności dostarczanych wyrobów - w wysokości 0,2% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

10. **Wykonawca –** dot. §7 ust. 1, 2 cd) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z w/w zapisu do 0,2% wartości towaru, którego uchybienie dotyczy, za każde stwierdzone uchybienie?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Wykonawca –** Pakiet 4, poz.1: Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną w postaci wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, (z membraną elektrostatyczną) spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

12. **Wykonawca –** Pakiet 4, poz.2: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności wirusowej >99,999%, oraz przestrzeni martwej 33 ml i wadzę21g?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

13. **Wykonawca –** Pakiet 4, poz.3: Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany o długości 15 cm, średnica 15mm/22mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

14. **Wykonawca –** Pakiet 4, poz.5: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z PCV gładki w środku o długości 180cm oraz dodatkowym ramieniem 90cm, równoramienny trójnik Y z portami szczelnie zamkniętymi zatyczkami, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

15. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trójnikiem Y ze szczelnie zamkniętymi portami zatyczkami?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

16. **Wykonawca –** dot. pakiet 6 - Czy zamawiający oczekuję cech produktu podnoszących jego jakość i wytrzymałość użytkowania i dopuści do zaoferowania wysokiej jakości produkt (produkowany w Europie) wg poniższej charakterystyki: Wielorazowy mankiet do infuzji ciśnieniowej o pojemności 500ml.Wykonany z materiału hydrofobowego, nie przemakalny- łatwy w czyszczeniu, nie zawiera latexu. Mankiet z przednią transprentną siatką do kontroli poziomu płynów, podówjny haczyk do podwieszenia różnych pojemnków z płynami. Wydajna gruszka z zaworem spustowym do kontroli cisnienia i szybkiej deflacji. Czytelny manometr wyskalowany do 300 mm Hg umieszczony nad haczykami. Uchwyt do powieszenia mankietu. Czytelny napis max pojemności wkładanego płynu?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o w/w parametrach / cechach.

17. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki, z otworem Murphy, dren i balonik

kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, łącznik ISO 15 mm, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. Rurki bez mankietu w rozmiarze 2,0, /2,5
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

18. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 łącznik ISO 15mm rurki ma być kodowany kolorem łącznika odpowiadającego mu cewnika?
Odpowiedź – Dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 łącznik ISO 15mm rurki ma być kodowany kolorem łącznika odpowiadającego mu cewnika.

19. **Wykonawca –** pakiet 2 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz wygięta i wyprofilowana w sposób zapobiegający odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu a tym sam minimalizująca ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?
Odpowiedź – NIE.

20. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki, wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem łącznika cewnika.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

21. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem w kształcie walca do długotrwałej wentylacji, rurka wolna od DEHP.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

22. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP, w wymaganych w rozmiarach:
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

23. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski twarzowej anestezjologicznej z nadmuchiwanym mankietem uszczelnionym pionowym zaworem, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

24. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI – informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.
Odpowiedź – NIE.

25. **Wykonawca –** Pakiet 2 poz. 7: Czy Zamawiający oczekuje aby łącznik do podłączenia źródła tlenu uniwersalny odpowiedni dla aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, bez lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA)?
Odpowiedź – NIE.

26. **Wykonawca –** Pakiet 3 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu modułowego składającego się z 2 elementów: Uniwersalnego adaptera do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęzionego pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta, oraz cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem

centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. **Odpowiedź –** Zamawiający dopuszcza.

27. **Wykonawca –** pakiet 3 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania i przeliczenia ilości: 2 cewniki o czasie stosowania do 72 godzin na 1 adapter o czasie utrzymania do 7 dni.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

28. **Wykonawca –** Pakiet 3 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu celem poszerzenia grona wykonawców mogących złożyć konkurencyjną cenowo ofertę. **Odpowiedź –** Zamawiający wydziela pozycję numer 2 z pakietu numer 3 i tworzy z niej nowy pakiet numer **3a.**

29. **Wykonawca –** Pakiet 3 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie zestawu do nebulizacji do stosowania do terapii manualnej jak i jako element składowy obwodu oddechowego respiratora, w składzie nebulizator 5ml lub 10ml dla dorosłych, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210cm ze standardowym złączem, możliwość zaoferowania standardowego złącza drenu kodowanego kolorystycznie barwą dyfuzora.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

30. **Wykonawca –** pakiet 3 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) wynosiła 2,21 µm (+/- 0,07 µm) i była potwierdzona w badaniach producenta?
Odpowiedź – NIE, nie oczekuje ale dopuszcza.

31. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

32. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 2: Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

33. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego o długości ok. 13-15cm plus łącznik, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

34. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H2O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, waga 6 g, biologicznie czysty.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

35. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

36. **Wykonawca –** pakiet 4 poz. 5: Układ oddechowy dwururowy karbowany dla dorosłych, do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, dodatkowa rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L zamocowany na rurze worka. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

37. **Wykonawca –** Pakiet 4 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururoweg karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

38. **Wykonawca –** pakiet 4 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 m wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

39. **Wykonawca –** Pakiet 4 Poz. 5, 6 : Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czas użycia obwodu oddechowego ma być potwierdzony w instrukcji użycia umieszczonej w każdym opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź – NIE wymaga ale dopuszcza.

40. **Wykonawca –** Pakiet 6 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu do szybkich przetoczeń, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

41. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H2O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

42. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 33 ml?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

43. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści obwód o długości ramion 150 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

44. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści obwód o długości ramion 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

45. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści obwód o długości dodatkowego ramienia 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

46. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji min. 99,999%, przestrzeń martwa 38ml, waga 32g, nawilżanie 37mg H2O/L przy Vt500ml z portem kapno?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

47. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr elektrostatyczny o skuteczności 99,999%, przestrzeni martwej 40ml i wadze 24g z portem kapno?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

48. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do postępowania filtr mechaniczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności min. 99,9999%, przestrzeni martwej 80ml, wadze 52g, i nawilżaniu 37mgH2O/L przy Vt500ml z portem kapno?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

49. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści do postępowania układ anestetyczny, gładki w środku, sterylny, o rurach 180cm, z łącznikiem Y równoległym bez portów, z kolankiem z portem Luer, dodatkowe ramię o długości 150cm z workiem oddechowym 2L, pakowany papier-folia?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

50. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 9 i 10 są to zestawy zabiegowe oferowane przez jednego producenta i uniemożliwiają złożenie oferty równoważnej na pozostałe pozycje w tym pakiecie.
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż w pakiecie numer 1 nie ma pozycji numer 9 i 10. Zamawiający wydziela pozycje numer 9 i 10 z pakietu numer **2** i tworzy z nich nowy pakiet numer **2a.**

51. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy'ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,5 – 10,0 mm co 0,5mm oraz rurki intubacyjnej w rozmiarze 2,0 bez mankietu ze znacznikiem głębokości w postaci 2cm ciemnego zakończenia rurki.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

52. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy'ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 5,0 – 9,0 mm co 0,5mm.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

53. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie Rurka intubacyjna do długoterminowej intubacji z termoplastycznego, nieprzeźroczystego, miękkiego PCV bez DEHP, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, linia RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego, czarnego pierścienia na całym obwodzie, z otworem Murphy'ego, rozm. od 3,0-10,0 co 0,5mm
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

54. **Wykonawca –** Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8: Prosimy o dopuszczenie Rurka tracheostomijna, z mankietem, z obrotowym łącznikiem 15mm, linia rtg na całej długości, elastyczny, przezroczysty kołnierz, mandryn. Sterylna, rozm. 3,5-10,0 co 0,5mm
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

55. **Wykonawca –** Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 pkt. b) projektu umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ - Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

ZMIANA TREŚCI
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców i dokonanymi w ten sposób zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający poniżej informuje o dokonanych zmianach w siwz oraz przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-12/2018.
Aktualny termin składania ofert to dzień **14.06.2018** roku, do godziny **11:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **12:00.** W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, zmianie ulega również termin wniesienia wadium, który upływa wraz z terminem składania ofert.

Ponadto, Zamawiający informuje o następujących zmianach w siwz:

1. Wydziela się pozycje numer 9 i 10 z pakietu numer **2** i tworzy się z nich nowy pakiet numer **2a;**
2. Wydziela się pozycję numer 2 z pakietu numer **3** i tworzy się z niej nowy pakiet numer **3a**;
3. Zmienia się liczba pakietów z 7 na **9;**
4. Po utworzeniu nowych pakietów zapisy SIWZ dotyczące wadium (ich wysokości) zmieniają się na następujące (przedstawione są tylko zapisy ulegające zmianie):
   - Pakiet numer 2: w wysokości: 5 200,00 zł, słownie zł: pięć tysięcy dwieście 00/100.
   - Pakiet numer 2a: w wysokości: 800,00 zł, słownie zł: osiemset 00/100.
   - Pakiet numer 3: w wysokości: 500,00 zł, słownie zł: pięćset 00/100.
   - Pakiet numer 3a: w wysokości: 100,00 zł, słownie zł: sto 00/100.

Do niniejszej informacji o zmianie niektórych zapisów siwz, Zamawiający dołącza zmieniony (aktualny) formularz oferty – załącznik numer 1.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 7.06.2018 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie