



*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie*

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ–380–24/2018

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy „**Rękawic medycznych**”:

- Wykonawca – Pakiet 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o minimalnie większej grubości na palcu 0,12mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonałe czucie, elastyczność i sprawność manualną.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Pakiet 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikatem analizy z jednostki niezależnej.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Pakiet 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą 374 1 (z wył. 5.3.2), 2, 3 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Pakiet 2:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej od producenta oraz na opakowaniu (informacja nadrukowana na opakowaniu wraz z poziomami ochrony). Dodatkowo w zamian za badania na odporność na przenikanie min 2 alkoholi stosowanych dezynfekcji w stężeniu min 70% na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-3 - odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015. Wyniki potwierdzone raportem z badania wykonanym w niezależnym laboratorium badawczym.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca – Pakiet 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), koloru białego, o średniej grubości na palcu 0,1 ± 0,02mm, pakowane po max. 150 sztuk. Zgodne z normą 374-1(z wyłączeniem pkt. 5.3.2). Odporne na przenikanie substancji chemicznych powszechnie stosowanych w szpitalach zgodnie z normą EN 374-3 – 3: w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na opakowaniu. Zaproponowana alternatywa, umożliwia natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkodzania ścian, a także do wózków mobilnych. Wykonawca w cenie oferty dostarczy według potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza powyższe rękawice, **przy spełnieniu parametrów „Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic”.**

6. **Wykonawca – Pakiety 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9** - Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na potwierdzenie zgodności z normami, odporności itp. Zamawiający oczekuje wyszczególnionych certyfikatów, badań, raportów dołączonych do oferty czy też na wezwanie?
Odpowiedź – Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią załącznika numer 5 do SIWZ Wykonawca oświadcza (podpisując ten załącznik) "...że zaoferowany przez nas asortyment został dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Oferowany przedmiot zamówienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania oraz spełnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie i **na każde wezwanie Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert, jak i realizacji umowy zobowiązujemy się przedłożyć aktualne wszystkie dokumenty dopuszczające asortyment do obrotu.**".
7. **Wykonawca – Pakiet 1, uchwyty do rękawic** - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zarówno uchwytów pojedynczych jak i potrójnych jednolitych? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź – Zamawiający wymaga zarówno uchwytów pojedynczych jak i potrójnych jednolitych.
8. **Wykonawca – Pakiet 3, pozycja 1** - W związku z zapisem, iż rękawice z w/w pozycji mają być odporne na przenikanie min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min. 70% potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej prosimy Zamawiającego o podanie minimalnego czasu przenikania w/w alkoholi?
Odpowiedź – Minimalny czas przenikania w/w alkoholi 30min II poziom.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 22.11.2018 r

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie