

*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie*



**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-8/2019

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „**Środków dezynfekcyjnych**”.

1. **Wykonawca** – Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt 2) lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 5 ust. 1" na zapis: "(...) - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto z niezrealizowanej części umowy".  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie informując również, iż zapisy par 7 ust. 1 pkt 2) lit a) dotyczą odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto kary umowne mają charakter dyscyplinujący.
2. **Wykonawca** – Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt 2) lit b). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) - w wysokości 200,00 zł (...)" na zapis: "(...) - w wysokości 20,00 zł (...)".  
**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż par 7 ust 1 pkt 2) lit. b) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: "za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie".
3. **Wykonawca** – Wzór umowy par. 7 ust. 1 pkt 2) lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) - w wysokości 100,00 zł (...)" na zapis: "(...) - w wysokości 20,00 zł (...)".  
**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż par 7 ust 1 pkt 2) lit. c) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: " za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie".
4. **Wykonawca** – Prosimy o wykreślenie par. 8 ust. 1 pkt 2) lit d) gdyż pozostałe zapisy umowy w pełni wyczerpują sankcje w tym zakresie.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.
5. **Wykonawca** – dot. pakietu nr 9 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tabletek spełniających wszystkie wymogi SIWZ konfekcjonowanych w opakowaniu 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz spełnieniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
6. **Wykonawca** – **Pakiet 15, poz.1** - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe gąbki, które są zarejestrowane jako produkt biobójczy?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

7. **Wykonawca** – Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 5 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 30 x 34 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-wiaderko-Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 18 x 25 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu-wiaderko-Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

8. **Wykonawca** – Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji

powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

9. **Wykonawca** – Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 5 poz. 1 i 2 i dopuści:  
Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 30cm x 34cm, zwoje zawierające 100 szt. chusteczek. Z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: wiskoza 2% , poliester 43%, celuloza 55%. Ilość roztworu potrzebna do nasączenia 3L. Kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji oraz kompatybilne z nimi Wiadro –pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, o pojemność 5,5L, który może być myty w urządzeniach w temp.70C.

lub

Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, o wymiarach 18cm x 25cm, zwoje zawierające 300 szt. chusteczek. Z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. Skład: wiskoza 2% , poliester 43%, celuloza 55%. Ilość roztworu potrzebna do nasączenia 3L. Kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji oraz kompatybilne z nimi Wiadro –pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, o pojemność 5,5L, który może być myty w urządzeniach w temp.70C.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

10. **Wykonawca** – Pakiet 3 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didocyldimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (*Candida albicans*), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia,) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym klasy IIa o wymiarze 20x28 a 100 sztuk i gramaturze min. 40g.m<sup>2</sup>?  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

11. **Wykonawca** – Pakiet 3 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni wyrobów medycznych ze szkła, akrylu, porcelany, metalu gumy, drewna, aluminium, preparat posiada szeroką kompatybilność materiałową potwierdzoną przez producenta produktu, na bazie QAV i N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, nie zawierający aldehydów fenoli, chloru, preparat posiada wysokie właściwości chroniące powierzchnie na jakich jest stosowany, , o szerszym spektrum działania niż opisane w SIWZ i niższym stężeniu: B, F (*C. albicans*, *A. niger*), Tbc (*M.terrae*, *M. avium*) V (Adeno Polio, Noro) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,25% w opakowaniu a 5L, możliwością dozowania w zamontowanym urządzeniu dozującym?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ, które nie zostały ujęte w opisie preparatu zaproponowanego przez Wykonawcę.

12. **Wykonawca** – Pakiet 5 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie stabilnego chloru, gotowe do użycia, niewymagające aktywacji, o niskiej drażliwości i toksyczności (brak piktogramów i zwrotów ostrzegawczych w karcie charakterystyki), posiadające oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów, wykazujące szerokie spektrum działania, przebadane zgodnie z obowiązującymi normami: B, F, V, Tbc, spory (*Bacillus, subtilis*, *Clostridium difficile*) w krótkim czasie w warunkach brudnych od 1 minuty do 5 minut, w rozmiarze 200x200mm, gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> w tubie po 50 sztuk, stabilne po otwarciu przez okres 1 miesiąca, będące wyrobem medycznym klasy IIa?  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

13. **Wykonawca** – Pakiet 5 poz. 4 - Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu i utworzenie osobnego, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

14. **Wykonawca** – Pakiet 5 poz. 3 - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przez wymóg „*koncentrat nie może być stosowany jako żrący*”. oczekuje braku zwrotów H315 i H 318 oznaczających odpowiednio „*działa drażniąco na skórę*” i „*powoduje poważne uszkodzenie oczu*”. Zwracamy uwagę, że preparat ten będzie stosowany w postaci rozcieńczonej 0,25% czyli 2,5 ml /1L  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.
15. **Wykonawca** – Pakiet 5 poz. 3 - Prosimy o odstąpienie od wymogu „*koncentrat nie może być stosowany jako żrący*” ponieważ preparat ten będzie stosowany w postaci rozcieńczonej 0,25% czyli 2,5ml w 1000ml.  
**Odpowiedź** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.
16. **Wykonawca** – Pakiet nr 9 - Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, nie posiadający dodatku substancji zapachowych i w opakowaniach a 200 tabletek?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie preparatu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz spełnieniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
17. **Wykonawca** – Pakiet 13 - Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholu i czwartorzędowej soli amoniowej, będący produktem biobójczym z uwagi na zastosowanie do powierzchni mających kontakt z żywnością, bez aldehydów i fenoli, o szerokiej kompatybilności materiałowej, do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych, w tym kontaktujących się z żywnością o szerokim spektrum działania: B, F wg normy 16615 w czasie 1 min, Tbc (Mycobacterium terrae i M. avium), V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, w opakowaniach a'1000ml ze?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie preparatu pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ, które nie zostały ujęte w opisie preparatu zaproponowanego przez Wykonawcę (np. brak konieczności splukiwania preparatu z dezynfekowanych powierzchni).
18. **Wykonawca** – Pakiet 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny antyseptyczne myjki do toalety ciała pacjenta, hypoalergiczne, testowane dermatologicznie, niewymagające splukiwania, z możliwością podgrzewania w kuchenice mikrofalowej, zarejestrowane jako kosmetyk, gotowe do użycia, nasączone roztworem 2% chlorheksydyny, co gwarantuje właściwości antyseptyczne, zawierające wyciąg z aloesu, o neutralnym dla skóry pH, posiadające instrukcję użycia w języku polskim, o gramaturze 100g/m2 i wymiarach min. 20x20cm w opakowaniu a 8 sztuk?  
**Odpowiedź** – W pakiecie 14 Zamawiający nie oczekuje oferty na zakup myjek do toalety ciała pacjenta.
19. **Wykonawca** – Rozdział VIII pkt. 3 ppkt. a) - Prosimy o odstąpienie od wymogu wymienionego w rozdziale VIII pkt. 3 ppkt. a) w zakresie pakietu 2 pozycja 3 i 4.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od w/w wymogu dla pakietu numer 2 poz. 3 i 4.
20. **Wykonawca** – Pakiet 2 pozycja 1 i 2 – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w OPZ wymaga aby zaferowany produkt posiadał spektrum działa potwierdzone w CHPL na: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex. Produkt o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund.  
**Odpowiedź** – Zamawiający, wymaga aby zaferowany produkt posiadał spektrum działa potwierdzone w CHPL na: B (w tym MRSA), F(c.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex. Produkt o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund.
21. **Wykonawca** – Pakiet 2 pozycja 1 i 2 – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga aby zaferowany produkt nie posiadał w CHPL wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga aby zaferowany produkt nie posiadał w CHPL wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków
22. **Wykonawca** – Pakiet 2 pozycja 3 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaferowania preparatu przeznaczonego do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjentów o pH neutralnym dla skóry. Zawierający octenidynę, kwas mlekowy i alantoinę, bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwnika i środków zapachowych. Gotowy do użycia. Kosmetyk, opakowanie 1L  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga zaferowania preparatu przeznaczonego do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów pacjentów o pH neutralnym dla skóry. Zawierający octenidynę, kwas mlekowy i alantoinę, bez pochodnych guanidyny, triclosanu, barwnika i środków zapachowych. Gotowy do użycia. Kosmetyk, opakowanie 1L

23. **Wykonawca** – Pakiet 2 pozycja 5 - Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga aby zaofertowany produkt posiadał w CHPL zapis możliwości zastosowania w pediatrii.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga aby zaofertowany produkt posiadał w CHPL zapis możliwości zastosowania w pediatrii.
24. **Wykonawca** – Pakiet 8 pozycja 2 – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie zastosowanie produktu w pionie żywienia. Prosimy o wykreślenie zapisu o zastosowaniu preparatu w pionie żywienia.  
**Odpowiedź** – Zamawiający odstępuje od wymogu zastosowania preparatu w pionie żywienia.
25. **Wykonawca** – Pakiet 8 pozycja 2 – Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wymaganego spektrum działania i Zamawiający wymaga zaofertowania produktu skutecznego wobec: B, F(c. albicans) ,TBC, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o adeno – 2 minuty, polio – 30 minut.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga zaofertowania produktu skutecznego wobec: B, F (c. albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, vaccinia, noro, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia o adeno – 2 minuty, polio – 30 minut.
26. **Wykonawca** – Pakiet 8 pozycja 3 - Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wymaganego stężenia i Zamawiający wymaga produktu o stężeniu w zakresie 0,3-0,8%.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga produktu o stężeniu w zakresie 0,3-0,8%.
27. **Wykonawca** – Pakiet 8 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zaofertowanie neutralnego preparatu do płukania. Preparat do stosowania po maszynowej dezynfekcji chemicznotermicznej, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Produkt nie pieni się, posiada obojętne Ph. Oferowany preparat zawiera niejonowe związki powierzchniowo-czynne, alkohole, inhibitory korozji, stabilizatory twardości. Dozowanie 1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%, PH ok. 7 w 20 °C w postaci nierozcieńczonej. Wyrób medyczny w opakowaniu 5 kg.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na zaofertowanie produktu.
28. **Wykonawca** – Pakiet 13 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i izopropylowego szybszym czasie działania i szerokim spektrum bólczym wobec: B (w tym MRSA i VRE), F, Tbc,V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund, wirus Polio w czasie 2 minut.. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca i żrąca, w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że preparat jest zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz posiada dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania w branży spożywczej.
29. **Wykonawca** – Dotyczy pakietu nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że w pakiecie nr 3 w pozycji 2 Zamawiający dopuści obecnie używaną piankę do mycia i delikatnych powierzchni, wykazującą działanie bólcze wobec wirusów HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola, która odpowiada pozostałym wymaganiom SIWZ?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, wykazującą działanie bólcze wobec wirusów HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola, pozostałe zapisy zgodnie ze SIWZ.
30. **Wykonawca** – Dotyczy pakietu nr 11 - Prosimy o potwierdzenie, że pakiecie 11 w pozycji 1 Zamawiający dopuści obecnie używany koncentrat myjąco-dezynfekujący do narzędzi, wykazujący wymagane spektrum w stężeniu 0,5% w czasie do 30 minut oraz w stężeniu 1% w czasie do 15 minut.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuści koncentrat myjąco-dezynfekujący do narzędzi, wykazujący wymagane spektrum w stężeniu 0,5% w czasie do 30 minut oraz w stężeniu 1% w czasie do 15 minut, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ
31. **Wykonawca** – Dotyczy pakietu nr 11 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby w preparaty w pakiecie 11 w pozycji 1 oraz 2 wykazywał działanie na wirusy adeno i polio.  
**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga, aby w preparaty wykazywał działanie na wirusy adeno i polio oraz spełniał wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.

32. **Wykonawca** – Czy w pakiecie nr 13 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, o spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, o pH ok.6-7, nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów?  
**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że preparat jest zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz posiada dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania w branży spożywczej.

### **Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert**

Na podstawie art. 38 ust. 4 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż przesuwamy termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-8/2019 na dostawy "Środków dezynfekcyjnych".

Aktualny termin składania ofert to dzień **15.03.2019 roku**, do godziny **9:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **10:00**. W związku z przesunięciem terminu składania ofert przesuwamy również termin do składania wadium, który upływa wraz z terminem składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 12.03.2019 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie