



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ–380–32/2019

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "**Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia**" w ramach inwestycji pn. Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

- Wykonawca** – W związku z dostawą aparatu RTG oraz aparatu USG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wymaga.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wymaga.
- Wykonawca** – W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu RTG oraz aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wymaga.
- Wykonawca** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu z przewodowym przyciskiem nożnym.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG z przewodowym przyciskiem nożnym.
- Wykonawca** – Dotyczy Załącznik nr 1.2, Aparat USG z 4 głowicami - 1 kpl., Wymagane Parametry Techniczne, pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG, którego waga to 7,3 kg? Niewielka różnica nie ma wpływu na mobilność aparatu, a co za tym idzie pracę na aparacie.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy Załącznik nr 1.2, Aparat USG z 4 głowicami - 1 kpl., Wymagane Parametry Techniczne, pkt. 31. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli jednostkę m/s i czy zapis powinien brzmieć: "Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie 19m/s"  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy Załącznik nr 1.2, Aparat USG z 4 głowicami - 1 kpl., Wymagane Parametry Techniczne, pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG przewyższający parametrami minimalne wymagania Zamawiającego, którego częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie Dopplera Kolorowego wynosi 150 ramek/sek? Takie wartości w zupełności wystarczają do prawidłowego zobrazowania przepływów w tętnicach w badaniach naczyniowych a także przepływu przez zastawki w badaniach echokardiograficznych.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy Załącznik nr 1.2, Aparat USG z 4 głowicami - 1 kpl., Wymagane Parametry Techniczne, pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat USG, którego głowica convex posiada kąt skanowania 70°? Taki kąt w zupełności wystarcza na wykonanie dokładnego badania jamy brzusznej a także płuc.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.

9. **Wykonawca** – Dotyczy Załącznik nr 1.2, Aparat USG z 4 głowicami - 1 kpl., Wymagane Parametry Techniczne. W celu utrzymania najwyższej jakości usług prosimy o informację, czy zamawiający będzie wymagał, aby Dostawca sprzętu posiadał autoryzację na sprzedaż na terenie Polski, a także zapewni autoryzowany Serwis na terenie Polski? Zamawiający tylko wtedy będzie miał pewność, że aparat spełni wszystkie wymagania techniczne w zgodzie ze stanem faktycznym, a sam aparat będzie urządzeniem nowym z pełną gwarancją producenta i opieką serwisową na najwyższym poziomie z odpowiednimi narzędziami i zasobami ludzkimi do profesjonalnego serwisowania aparatów USG.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
10. **Wykonawca:**  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podział zamówienia na dwie części, część 1 aparat RTG przewoźny oraz część 2 aparat USG? Podział zamówienia na dwie części umożliwi Zamawiającego uzyskanie większej ilości ofert na oba urządzenia, podnosząc tym samym konkurencyjność i uzyskując najlepsze rozwiązanie w najlepszej cenie.  
**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody.
11. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z mocą generatora min 5,3 kW ? Aparat z większą mocą ma większe możliwości w zakresach prądu i wartości granicznych, prosimy o dopuszczenie rozwiązań lepszych.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
12. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem pulsacji 1 do 15p/s różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres wykonywanych badań, tym bardziej, że redukcję dawki uzyskuje się przy najniższej pulsacji a nie najwyższej?  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
13. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z pełną automatyką bez regulacji czasu trwania pulsu, zazwyczaj operatorzy korzystają z pełnych programów anatomicznych, a nie skupiają się na regulacji trwania impulsu? Parametr ten wskazuje na rozwiązanie konkretnego producenta urządzeń RTG, ograniczając tym samym konkurencję.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
14. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C z lampą z anodą dwuogniskową o małym ogniskiem 0,5 mm, rozwiązanie takie jest równoważne, a nawet lepsze od stawianego warunku granicznego, dlatego prosimy o dopuszczenie lub uzasadnienie negatywnej odpowiedzi.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego, jedno ognisko lampy jest bardziej żywotne, a przez to charakteryzuje się niższą kwotą zakupu w przypadku konieczności wymiany.
15. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym zakres ruchu poziomego ramienia wynosi 20 cm? Różnica 1 cm jest znikoma i nie ma znaczenia diagnostycznego oraz użytkowego, a zaproponowany aparat posiada znacznie większą głębokość ramienia niż wymagana przez Zamawiającego.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
16. **Wykonawca:**  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z wielofunkcyjną pojedynczą dźwignią do sterowania kołami, ale z hamulcem nożnym u podstawy aparatu, rozwiązanie jest równoważne z wymagany, a w przypadku np. awarii jednej dźwigni nie koliduje z możliwością np. zablokowania aparatu? Wymagane rozwiązanie jest parametrem wskazującym na urządzenie konkretnego producenta, ograniczając tym samym konkurencję.  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.

**17. Wykonawca:**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z ramieniem C, w którym rozdzielczość detektora CMOS wynosi 1300x1280. Wartość ta zależy jest od oferowanego detektora w tym przypadku będzie miał rozmiar 26x26 co pozwala na obserwację większej powierzchni diagnostycznej.

**Odpowiedź –** Zgodnie z SIWZ.

**18. Wykonawca:**

Należy niewątpliwie zwrócić uwagę na fakt, iż opisane obecnie i wymagane przez Zamawiającego w tych punktach rozwiązania wskazują na konkretnego producenta aparatu i tym samym eliminują możliwość złożenia dobrej konkurencyjnej oferty, co może być uznane za naruszenie art. 7 ust 1 PZP w związku z art. 29 ust 2 PZP.

Podkreślić należy, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Naruszenie normy wynikającej z art. 29 ust. 2 PZP może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt lub wykonawcę) – co ma niewątpliwie miejsce w niniejszym przypadku (wyr. KIO z dnia 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt: KIO 1534/18).

Biorąc pod uwagę przepis z art. 7 ust 1 PZP w związku z art. 29 ust 2 PZP należy jednoznacznie stwierdzić, iż brak możliwości wprowadzenia uczciwej konkurencji w rozwiązaniach równoważnych może być uznane za naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na pytania i tym samym możliwość złożenia oferty, w przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na pytania wnosimy o szczegółowe uzasadnienie.

**Odpowiedź –** Według wiedzy Zamawiającego na rynku są przynajmniej 3 firmy, które mogą złożyć właściwe oferty.

**19. Wykonawca –** Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielanie pakietu na dwa zadania, na USG i RTG oddzielnie? Ma to na celu zwiększenie konkurencyjności oferowanych sprzętów.

**Odpowiedź –** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwam termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-32/2019 z dnia 30.08.2019 roku na: **Aktualny termin składania ofert to dzień 2.09.2019 roku, do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 13:00.** W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, zmianie ulega również termin wniesienia wadium, który upływa wraz z terminem składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 28.08.2019 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie