



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-40/2019

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy **"Materiałów do sterylizacji"**.

- Wykonawca** – dotyczy pakietu 3 poz. 1 : Czy Zamawiający wymaga testów biologicznych zgodnych z instrukcją obsługi posiadanego przez Zamawiającego autoczytnika?
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wymaga - jak w pytaniu.
- Wykonawca** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie modelu autoczytnika posiadanego przez szpital.
Odpowiedź – 3M Attest Auto-reader 390.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakietu nr 1: Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji o gramaturze papieru 70g, spełniających wszystkie wymagania funkcjonalno-użytkowe opisane w SIWZ, dopuszczonych do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadających udokumentowaną charakterystykę techniczną papieru oraz folii zgodną z parametrami określonymi w normie 868-3 i 5 .
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści, aby wszystkie oznaczenia, napisy i testy umieszczone były poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu, od strony folii, aby zapobiec zabrudzeniom materiału sterylizowanego np. „tuszem wskaźnika”?
Odpowiedź – Zgodnie z SIWZ.
- Wykonawca** – Pakiet nr 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści w ostatniej pozycji papier krepowany zielony rozmiar 120 x 150 cm w opakowaniach a'100 szt. z przeliczeniem ilości w cenniku (tj. 50 opakowań)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

7. **Wykonawca** – Pytania dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) a) wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje ponadto, iż kary umowne mają również charakter dyscyplinujący Wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych; do zakresu przedmiotu zamówienia w pakiecie numer 1 wchodzi również nieodpłatne użyczenie Zgrzewarki przez Wykonawcę na cały okres obowiązywania umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 31.10.2019 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

P.O. DYREKTORA
Samodzielny Publiczny Zakład Usług
Opiekni i Kucharskiej w Staszowie

Paweł Wojtasik