



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-6/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dzierżawę analizatora do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości oraz aparatu do wykrywania drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych".

- Wykonawca** – Rozdział IX SIWZ, pkt. 4, ppkt.) a) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie ulotek w języku polskim w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
- Wykonawca** – Rozdział IX SIWZ, pkt. 4, ppkt.) b) – Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania jeśli wykonawca przedstawi oświadczenie, iż zaoferowany analizator i odczynniki pochodzą od jednego producenta i są ze sobą kompatybilne?
Odpowiedź – Zamawiający uzna za spełnienie w/w wymagania jeśli wykonawca przedstawi oświadczenie, iż zaoferowany analizator i odczynniki pochodzą od jednego producenta i są ze sobą kompatybilne.
- Wykonawca** – Formularz cenowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu? Usprawni to proces realizacji zamówień oraz zminimalizuje błędy podczas składania i realizacji zamówień.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę (dopuszcza) na dodanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym oferowanego produktu.
- Wykonawca** – Załącznik nr 2 do SIWZ, parametry analizatora do identyfikacji, pkt. 22 oraz zał. 3, §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwis aparatu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
- Wykonawca** – Załącznik nr 2, parametry aparatu do wykrywania drobnoustrojów, pkt. 13 oraz zał. 3, §3 ust. 1 – Czy Zamawiający dopuści odczynniki z min. terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wykonawca** – Załącznik nr 2, parametry graniczne dla podłoży namnażająco-wybiórczych, pkt. 5 oraz zał. 3, §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
– podłoża chromogenne – min. 5 tygodni od daty dostawy
– podłoża zawierające krew min. 4 – 6 tygodni od daty dostawy
– podłoża bez krwi i wybiórcze min. 6 tygodni od daty dostawy?
Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ.

Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź ad. 5 i 6) - Zamawiający informuje, iż par 3 ust 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: "

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników i materiałów zużywalnych w fabrycznie nowych, oryginalnych opakowaniach, posiadających, co najmniej 7-miesięczny termin ważności od daty dostawy (termin ważności wyraźnie oznaczony). Ponadto termin ważności dla:
 - podłoży chromogennych – wynosi min. 5 tygodni od daty dostawy;
 - podłoży zawierających krew - wynosi min. 4 – 6 tygodni od daty dostawy;
 - podłoży bez krwi i wybiórczych - wynosi min. 6 tygodni od daty dostawy..

7. **Wykonawca** – Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ):
§1 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatów w terminie do 21 dni?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

8. **Wykonawca** – Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ):
§ 2 ust. 1 lit. A) – Czy Zamawiający odstąpi od formy komunikacji za pośrednictwem faksu?
Odpowiedź – Tak.

9. **Wykonawca** – Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ):
§ 7 ust. 1 pkt. 2, lit B) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 100 zł?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 3.03.2020 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

P. P. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik