



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-11/2020

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy rękawic medycznych**”.

1. **Wykonawca** – Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane lub polimeryzowane od strony wewnętrznej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240 mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08 mm +/-0,02, dłoń 0,07 mm +/-0,01 mankiet 0,06 mm +/-0,02. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikatem z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony wg normy EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Pozbawione ftalanów, tiuramów, tiazoli oraz MBT potwierdzone deklaracją producenta. Rozmiar S, M, L pakowane a'200szt.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

2. **Wykonawca** – dot. wzór umowy - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: Siła Wyższa
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
  2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
  3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły



Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów. Ponadto Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące "siły wyższej" znajdują się w par 5 projektu umowy.**

3. **Wykonawca** – pakiet 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, niejałowych, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, cholorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240 mm. Grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Zgodne z normami ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, EN 16523-1. Odporne na przenikanie min. 11 substancji chemicznych na min. 2 poziomie, w tym izopropanol 70% wg normy EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Nie zawierają tiuramów, MBT, DPG, ZMBT, ftalanów, nitrozoamin oraz protein lateksowych. Rozmiar S,M,L pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**

4. **Wykonawca** – Ad. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o minimalnie większej grubości na palcu 0,12 mm. Palce to część dłoni najbardziej narażona na uszkodzenia - oferowane przez nas rękawice minimalizują zatem prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych zapewniając przy tym doskonale czucie, elastyczność i sprawność manualną.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**

5. **Wykonawca** – Ad. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikatem analizy z jednostki niezależnej.

**Odpowiedź – Zgodnie z siwz.**

6. **Wykonawca** – Ad. 3 W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE oraz ustaleniem okresu przejściowego, prosimy o doprecyzowanie i zgodę za zaoferowanie rękawic spełniających normy 374 1, 2, 3 lub normy EN ISO 374-potwierdzone certyfikatem jednostki niezależnej.

**Odpowiedź – Zgodnie z siwz.**

7. **Wykonawca** – Ad. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej od producenta oraz na opakowaniu (informacja nadrukowana na opakowaniu wraz z poziomami ochrony) zgodnie z EN ISO 374-1:2016. Dodatkowo w zamian za badania na odporność na przenikanie min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji w stężeniu min 70% na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-3 - odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem

*Dy*



badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015.  
**Odpowiedź – Zgodnie z siwz.**

8. **Wykonawca** – Dotyczy zapisów SIWZ - Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej przy użyciu wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej. Obecnie panująca sytuacja w kraju, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jak i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce, w ogromnym stopniu utrudniają niestety dostarczenie ofert w formie papierowej ze względu na trudności w doręczeniach realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych jak i z powodu tego iż wiele firm pracuje w trybie home office. Jednocześnie należy wskazać, że stosownie do postanowień ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oferta elektroniczna jest nie tylko równa pisemnej, lecz wręcz jest rekomendowaną formą kontaktu wykonawcy z Zamawiającym. W przypadku braku wyrażenia zgody na powyższe prosimy aby wraz z odpowiedziami Zamawiający przesunął tak termin składania ofert aby Wykonawcy mieli min 3 lub 4 dni robocze na skuteczne przygotowanie i dostarczenie oferty.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert w formie elektronicznej. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Aktualny termin składania ofert to dzień 8.06.2020 roku do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 13:00. Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2.06.2020 roku.**

Staszów, dnia 4.06.2020 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

**Paweł Wojtasik**

*Dy*