



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPIZ-380-14/2020

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy rękawic medycznych**”.

- Wykonawca** – Czy zamawiający dopuści do zaoferowania rękawic: wykonane z nitylu, niepodudrowane, powierzchnia gładka, chropowate palce, nie zawierają lateksu, zrobione z kauczuku naturalnego, dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, długość min. 240 mm, grubość palce  $\geq 0,12\text{mm}$ , dłoń  $\geq 0,08\text{mm}$ , mankiet  $\geq 0,05\text{mm}$ , siła zrywająca przed starzeniem 8,7 N, o uniwersalnym kształcie pasującym zarówno na prawą, jak i lewą rękę, z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu, pakowane po 100 sztuk w kartonik – dispenser, który umożliwiał łatwe wyjmowanie rękawic, poziom AQL: 1,5 zgodny z normą PN-EN 455-1, deklaracja zgodności, w której potwierdzona jest zgodność z normami PN EN 455-1,2,3; PN EN 420; PN EN 374, opakowanie z opisami w języku polskim, na opakowaniach jest nadruk LOT, daty ważności oraz daty produkcji.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza - po odpowiednim przeliczeniu ilości.**
- Wykonawca** – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy § 7 ust. 2) lit. b) oraz lit. c) na następujący: „w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej dostawy netto, licząc za każdy dzień opóźnienia.” ?  
**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.**
- Wykonawca** – Czy zamawiający zgodzi się zmianę zapisu umowy § 7 ust. 2) lit. d) na następujący: „w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 200,00 zł za stwierdzone uchybienie”.  
**Odpowiedź – Proponowane zapisy przez Wykonawcę są takie same jak zapisy znajdujące się już w umowie w § 7 ust. 2) lit. d).**
- Wykonawca** – Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic: Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpodudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane lub polimeryzowane od strony wewnętrznej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240 mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08 mm  $\pm 0,02$ , dłoń 0,07 mm  $\pm 0,01$  mankiet 0,06 mm  $\pm 0,02$ . Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu oraz certyfikatem z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 – potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej.

Odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych na min. 2 poziomie ochrony wg normy EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Pozbawione ftalanów, tiuramów, tiazoli oraz MBT potwierdzone deklaracją producenta. Rozmiar S, M, L pakowane a'200szt.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

5. **Wykonawca** – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści: Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów. Ponadto Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące "siły wyższej" znajdują się w par 5 projektu umowy.**

6. **Wykonawca** – Pakiet 1, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, niejałowych, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiety rolowane, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240 mm. Grubośći pojedynczej ścianki na palcu min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05 mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Zgodne z normami ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, EN 16523-1. Odporne na przenikanie min. 11 substancji chemicznych na min. 2 poziomie, w tym izopropanol 70% wg normy EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Nie zawierają tiuramów, MBT, DPG, ZMBT, ftalanów, nitrozoamin oraz protein lateksowych. Rozmiar S,M,L pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza - po odpowiednim przeliczeniu ilości.**

7. **Wykonawca** – Pakiet 1, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się, czy Zamawiający wymaga, aby poziom AQL był korzystniejszy i wynosił 1,0?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga.**

Staszów, dnia 16.06.2020 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie