



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPIZ-380-17/2020

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy odczynników i materiałów wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego systemu do analizy moczu**”.

- Wykonawca** – Dotyczy wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, w którym ciężar właściwy mierzony jest metodą refraktometryczną bez kompensacji temperatury, wbudowany refraktometr?  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, w którym obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli nie są wyświetlane?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy wymagania graniczne dla modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, w którym paski testowe konfekcjonowane są w tubach po 150 sztuk, których stabilność na pokładzie analizatora wynosi 48 godzin?  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy wymagania graniczne dla modułu oceny elementów upostaciowanych osadu moczu, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, który wykorzystuje technologię obrazowania mikroskopowego z obiektywem x40?  
**Odpowiedź** – Zgodnie z SIWZ.
- Wykonawca** – Dotyczy analizatora do oceny upostaciowanych elementów moczu: Czy Zamawiający wymaga aby technologia obrazowania była z wykorzystaniem mikroskopii pola jasnego oraz fazowego kontrastowania obrazu?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Wykonawca** – Dotyczy analizatora do oceny upostaciowanych elementów moczu: Czy Zamawiający wymaga aby była możliwość flagowania erytrocytów typu „ghost”, akantocytów oraz kryształów amorficznych?  
**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia paski przeznaczone na oznaczenia kontrolne, czy należy je doliczyć?  
**Odpowiedź** – Podana ilość zakłada ilość badań i nie uwzględnia pasków na oznaczenia kontroli wewnętrznej, zewnętrznej itp.

**8. Wykonawca** – Dotyczy wzoru umowy dzierżawy: Czy Zamawiający wydłuży okres dostarczenia analizatorów do maksymalnie 8 tygodni ze względu na to, że analizatory sprowadzane są z zagranicy?

**Odpowiedź** – Zamawiający wydłuży okres dostarczenia analizatorów do maksymalnie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

**9. Wykonawca** – Dotyczy parametry graniczne dla półautomatycznego czytnika pasków parametrów fizykochemicznych moczu, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półautomatycznego czytnika pasków do moczu, w którym nie ma automatycznej korekcji ciężaru właściwego w zależności od pH?

**Odpowiedź** – Zamawiający dopuszcza.

**10. Wykonawca** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Odpowiedź** – Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa zostanie podpisana przez Zamawiającego w formie papierowej i przekazana Wykonawcy do podpisu za pomocą poczty / firmy kurierskiej.

**11. Wykonawca** – (§ 7 ust. 2 pkt. b, c, d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę naliczania kary na karę w wysokości 2%?

**Odpowiedź** – Zamawiający informuje, iż zmianie ulega paragraf 7 ust 1 pkt 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 3,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową (odczynniki i materiały zużywalne) – w wysokości 100,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.

**12. Wykonawca** – Prosimy o modyfikację § 2 ust. 1 pkt a Umowy poprzez dopisanie : „w ilościach każdorazowo ustalonych przez Zamawiającego pisemnie tj. e-mailem lub faksem, nie później niż 7 dni od momentu zamówienia, przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto” Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i odpowiednio dostosuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

**13. Wykonawca** – Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych

produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.  
**Odpowiedź** – Zamawiający w projekcie umowy w paragrafie numer 2 pkt. 3 po kropce dodaje zapis: "Zamawiający wyznacza gwarantowane minimum realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70% wartości zamówienia".

**14. Wykonawca** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział taki wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.  
**Odpowiedź** – Zamawiający w paragrafie 10 w ust. 5 po pkt. 13 dodaje pkt 13a o następującej treści: "13a) gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy".

**15. Wykonawca** – Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej? Uzasadnienie: Pozwoli to Zamawiającemu na szybkie odnalezienie wymaganych dokumentów, bez konieczności wykonywania wydruku.

**16. Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej (ulotki, certyfikaty, MSDS) w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? Uzasadnienie: Pozwoli to wykonawcom na możliwość przedłożenia dokumentacji przetargowej (ulotki, certyfikaty, MSDS) na płycie bez konieczności opatrywania każdego dokumentu własnoręcznym podpisem oraz prezentatą za zgodność z oryginałem.

**Odpowiedź ad. 15, 16)** – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach siwz w tym zakresie.

**17. Wykonawca** – W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? **Odpowiedź** – Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem ponumerowania stron całej dokumentacji i tym samym poświadczenie za zgodność musi określać strony "od ... do...", które to są poświadczone.

**18. Wykonawca** – Czy ze względu na panujące warunki epidemiologiczne i zachwiane globalne łańcuchy dostaw Zamawiający dopuści dostawę analizatora w ciągu 21 dni roboczych? **Odpowiedź** – Zamawiający wydłuża okres dostarczenia analizatorów do maksymalnie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

**19. Wykonawca** – Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego analizatora z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą ulotki oferowanego sprzętu? **Odpowiedź** – Zgodnie z zapisami siwz, tj. na wezwanie.

**20. Wykonawca** – Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg przedłożenia „akceptacji oferowanych odczynników przez wytwórcę aparatu” w przypadku gdy zostanie przedłożony fragment oryginalnej instrukcji producenta aparatu w którym wymienione są oferowane odczynniki? **Odpowiedź** – Tak.

## Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-17/2020 z dnia 21.09.2020 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień **22.09.2020** roku do godziny **12:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **13:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 17.09.2020 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie