



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-19/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „**Odzieży medycznej**”.

1. **Wykonawca** – W pakiecie nr 4 w pozycji 3 i 4 Zamawiający określił iż maseczki FFP2 i FFP3 powinny być medyczne a wszystkie dostępne na rynku maski tej klasy nie są maskami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Dodatkowo zgodnie z Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 wydaną przez Ministerstwo Zdrowia na którą się Zamawiający powołuje nie ma w wytycznych maski FFP2 i FFP3 by była to maska medyczna. Czy Zamawiający dopuści maskę FFP2 i FFP3 nie będącą maską medyczną w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych ale spełniająca wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza do zaferowania maskę FFP2 i FFP3 nie będącą maską medyczną w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych ale spełniająca wytyczne Ministerstwa Zdrowia z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

2. **Wykonawca** – W związku z tym iż realizacja zamówienia będzie rozciągnięta w czasie-8 miesięcy, proszę o podanie ilościowej bądź procentowej wartości pierwszej dostawy dla pakietu nr 4.
Odpowiedź – Pierwsza dostawa będzie oscylowała w granicach 1/8 części całego Zamówienia.

3. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 i 2** – Zwracamy się o doprecyzowanie czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga masek chirurgicznych typu II czy IIR ponieważ zachodzi znacząca różnica we właściwościach ochronnych w/w produktów.

Maska typu II – posiada filtrację PFE (cząstek stałych) oraz BFE (bakteryjna) **NIE posiada odporności na przesiąkanie płynów tj pary wodnej (oddychanie), śliny (kichanie), krwi i osocza (operacja chirurgiczna).**

Maska typu IIR – (wysokiego ryzyka stosowana podczas zabiegów chirurgicznych): posiada filtrację PFE oraz

BFE na poziomie >99,50%; posiada laboratoryjnie udokumentowaną odporność na przesiąkanie płynów

ustrojowych (przy średnim ciśnieniu skurczowym 120mmH) w tym śliny , krwi i osocza; maska „wysokiego

ryzyka " stosowana podczas operacji chirurgicznych celem przerywania „łańcucha zakażeń" (**Łańcuch zakażeń**

– przenoszenie drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) i z jednego Pacjenta na drugiego poprzez kontakt z

krwią, śliną oraz niezdezynfekowanymi powierzchniami dotykowymi oraz narzędziami medycznymi). Ze

względu na **prewencyjną funkcję masek chirurgicznych** oraz specyfikę Państwa profesji zalecane są maski

typu IIR .

Odpowiedź – Zaoferowane maski chirurgiczne muszą spełniać kryteria masek TYP IIR.

4. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 i 2** – Zgodnie z wytycznymi głównego Konsultanta ds Chorób Zakaźnych oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 33/2020 z dnia 20 marca 2020 maski chirurgiczne muszą być zgodne z normą EN-PN 14683 . Spełnianie niniejszego standardu winno być udokumentowane przez

laboratorium akredytowane/notyfikowane których listę wydała dnia 26.03.2020 (aktualizacja 24.08.2020) na stronie EA Accreditation (Instytucję wyznaczoną do tego przez Komisję Europejską)
<https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2020/03/EA-Communication-coronavirus-outbreak-and-face-mask-testing-05September2020.pdf>

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wymogów Zamawiającego dołączenie w/w badań (ok 40 stron wraz z tłumaczeniem) do oferty lub przedstawienie ich na żądanie Zamawiającego. Powyższą sugestią argumentujemy zalaniem rynku europejskiego produktami certyfikowanymi „na oświadczenie” o znikomych właściwościach ochronnych bądź wcale nie będącymi wyrobem medycznym.

Odpowiedź – Na żądanie Zamawiającego Oferent będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanego produktu z normą PN EN 14683:2006 (lub odpowiednio EN 14683:2005). Dokumenty muszą być wydane przez laboratorium akredytowane/notyfikowane znajdujące się na aktualnej liście zamieszczonej na stronie EA Accreditation.

5. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 i 2** – Zwracamy się z prośbą o określenie czy oferowane maski mają być produkowane i dystrybuowane zgodnie z ISO 13485:2016 (potwierdzone certyfikatem) co stanowi gwarancję jakości i bezpieczeństwa produktu (bezlątkowy, hipoalergiczny, nie powodujący podrażnień).
Odpowiedź – oferowane maski mogą być produkowane i dystrybuowane zgodnie z ISO 13485:2016 (potwierdzone certyfikatem) z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

6. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 i 2** – Zwracamy się z prośbą o określenie czy Zamawiający wymaga masek pakowanych w kartoniki zbiorcze a' 50 sztuk a dodatkowo w blister foliowy mający na celu zminimalizować ryzyko kontaminacji produktu podczas jego transportu i dystrybucji po jednostkach organizacyjnych Zamawiającego?
Odpowiedź – zaoferowane maski mogą być pakowane w kartoniki zbiorcze a 50 sztuk a dodatkowo w blister foliowy z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

7. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 i 2** - Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga by na produkcie (pojedyncza maska) znajdował się znak handlowy producenta. Miały miejsce przypadki (w Szwecji), że maski znajdujące się w opakowaniu opisanym jako typ II / IIR znajdowały się maski innego producenta-maski niemedyczne wizualnie niemożliwe do odróżnienia.
Odpowiedź – na produkcie (pojedyncza maska) może znajdować się znak handlowy producenta. Ponadto maski muszą spełniać wszystkie pozostałe zapisy SIWZ.

8. **Wykonawca – Pakiet nr 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź – Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 pozycję nr 1 i tworzy nowy Pakiet nr 6.

9. **Wykonawca – Pakiet nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski medyczne typu II, zgodne z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1, wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej, posiadające wkładkę modelującą za pomocą której można je dopasować do nosa użytkownika, wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny, gwarantującej komfort użytkownika, kolor niebieski?
Odpowiedź – Zaoferowane maski chirurgiczne muszą spełniać kryteria masek TYPIIR.

10. **Wykonawca – Pakiet nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga złożenia na potwierdzenie parametru: Zgodność z PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne -- Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2005), raportu z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ? (Pragniemy nadmienić, iż powyższy raport potwierdza zgodność parametrów oferowanego produktu z aktualną normą tzn: EN 14683:2019+AC).
Odpowiedź – Na żądanie Zamawiającego Oferent będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanego produktu z normą PN EN 14683:2006 (lub odpowiednio EN 14683:2005). Dokumenty muszą być wydane przez laboratorium

akredytowane/notyfikowane znajdujące się na aktualnej liście zamieszczonej na stronie EA Accreditation.

11. **Wykonawca – Pakiet nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga aby szerokość maski po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy wynosiła 18 cm +/-0,5cm. ? Maski, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka - maski wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza aby szerokość maski po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy wynosiła 18 cm +/-0,5cm.
12. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 poz. 3-4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3-4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź – Zamawiający wydziela z Pakietu nr 4 pozycje nr 3 i 4 i tworzy nowy Pakiet nr 7.
13. **Wykonawca – dotyczy Pakiet 4 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych w kolorze białym?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych w kolorze białym.
14. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 4** - Czy Zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?
Odpowiedź – Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 pozycję nr 4 i tworzy nowy Pakiet nr 8.
15. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
16. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 4** – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ..
17. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 4** – Czy Zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX% z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ..
18. **Wykonawca – Pakiet 1, poz. 4** – Czy Zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?
Odpowiedź – Zgodnie ze SIWZ.
19. **Wykonawca – Pakiet nr 3 poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny wiskozowej oraz w kolorze aqua?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czepków, wykonanych z włókniny wiskozowej oraz w kolorze aqua z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
20. **Wykonawca – Pakiet nr 3 poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków zgodnych z opisem, ale wykonanych z włókniny o gramaturze 14g/m² oraz w kolorze zielonym?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 14g/m² oraz w kolorze zielonym z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

21. Wykonawca – § 7 ust. 1 pkt. 2 umowy – prosimy o zmianę zapisów w zakresie dotyczącym wysokości zastrzeżonej kary umownej na następujące:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,1 % wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości towaru, którego wada, brak lub niezgodność dotyczą, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

Zgodnie z art. 483 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna występuje, więc wyłącznie pod postacią określonej sumy pieniężnej (np. określony procent wartości całego lub części świadczenia czy też określona stawka pomnożona przez liczbę dni zwłoki lub opóźnienia). Strony umową mogą wszakże zastrzec, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, dłużnik będzie zobowiązany do innego niż pieniężne świadczenia, ale wówczas takie zastrzeżenie nie jest już karą umowną, a pełni jedynie funkcję gwarancyjną. W przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego często są one ukształtowane korzystniej dla zamawiającego. To zamawiający dyktuje, jakie postanowienia znajdują się w umowie. Rola wykonawcy w kształtowaniu postanowień jest ograniczona do minimum. Zwrócić jednak należy na okoliczność, że określony zapis umowy dotyczący kary umownej może zostać uznany za sprzeczny z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. Ta zasada w wyniku nowelizacji z 2016 r. (ustawą o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw z 22.06.2016 r.), została dodana do wskazanego przepisu i powinna również mieć wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. W kontekście formułowania zapisów umowy należy ją odczytywać jako nakaz stosowania takich zapisów umowy (w tym przypadku zapisów o karach), które są adekwatne i konieczne do osiągnięcia celu, w tym przypadku realizacji umowy. Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu pewności, że umowa zostanie wykonana w terminie, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postępowaniu. Zwrócić również należy na wyroki KIO w tym zakresie, m.in. na wyrok KIO z 25 października 2013 r., KIO 2397/13 - „Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych powyżej ograniczeń zasady swobody umów, jak i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Również w kolejnym wyroku KIO z dnia 27 marca 2014 r., KIO 487/14, Izba wskazała - „zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 353 (1) k.c. a także z innej zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 k.c., zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Mając na uwadze powyższe wnosimy o wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Prosimy jednocześnie o wykreślenie ze wzoru umowy zapisów **paragrafu 7 ust. 1 pkt. 2 d)** (w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie), lub wprowadzenie zapisów o wezwaniu wykonawcy do naprawy uchybienia przed naliczeniem kary i ewentualne naliczenie jej w przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy.

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

22. Wykonawca – § 7 ust. 1 pkt. 2 a) umowy – czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 2 a) wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania

umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

23. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawa wszyty prosto?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów z rękawem wszytym prosto z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

24. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha sterylizowanego tlenkiem etylenu z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

25. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze M?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

26. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu zewnętrznym 4 samoprzylepne etykiety typu TAG?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów, których zewnętrzne opakowanie jednostkowe będzie zawierało 4 samoprzylepne etykiety typu TAG, z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

27. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawa wszyty prosto?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów z rękawem wszytym prosto z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

28. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha sterylizowanego tlenkiem etylenu z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

29. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66cm H2O?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

30. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści na opakowaniu zewnętrznym 4 samoprzylepne etykiety typu TAG?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów, których zewnętrzne opakowanie jednostkowe będzie zawierało 4 samoprzylepne etykiety typu TAG, z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

31. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm posiadający wzmocnienie od wewnątrz na rękawach i z przodu o długości 102cm?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

32. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch niewzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

33. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

34. Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L zamiast M?

Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

35. **Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej 25g/m²?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha z włókniny polipropylenowej 25g/m² z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
36. **Wykonawca – Pakiet 1, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści fartuch sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasa I niesterylna?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartucha sklasyfikowanego jako wyrób medyczny klasa I niesterylna z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
37. **Wykonawca – Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
38. **Wykonawca – Pakiet 2** - Czy Zamawiający dopuści powłóczkę na poduszkę w rozmiarze 70x80cm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania powłóczki na poduszkę w rozmiarze 70x80cm z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.
39. **Wykonawca – Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
40. **Wykonawca – Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, kolor niebieski?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
41. **Wykonawca – Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej bez napotnika?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
42. **Wykonawca – Pakiet 4, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości.
43. **Wykonawca – Pakiet 4, pozycja 1-2** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź – Zamawiający wydziela z Pakietu nr 4 pozycję nr 1 i tworzy nowy Pakiet nr 6.
44. **Wykonawca – Pakiet 4, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści półmaski medyczne klasa FFP3?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania półmaski medycznej klasa FFP3.
45. **Wykonawca – Pakiet 4, pozycja 3-4** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby półmaski były zgodne z normą PN-EN 140 gdyż norma ta odnosi się do półmasek wielorazowych z wymiennymi częściami, dla półmasek jednorazowego użytku zastosowanie ma norma EN 149+A1:2010 ?
Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od wymogu aby półmaski były zgodne z normą PN-EN 140.
46. **Wykonawca – Pakiet 5** - Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z folii PE o grubości 0,018mm?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
47. **Wykonawca – Pakiet nr 4, pozycja 3-4** - Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3-4 z Pakietu 4 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym

idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź – Zamawiający wydziela z Pakietu nr 4 pozycje nr 3 i 4 i tworzy nowy Pakiet nr 7.

48. **Wykonawca – Pakiet nr 4, pozycje 3-4** - Czy Zamawiający dopuści półmasksi filtrujące z zaworem spełniającą jedynie normę EN 149:2001+A1:2009?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania półmasek filtrujących z zaworem spełniających jedynie normę EN 149:2001+A1:2009.

49. **Wykonawca – Pakiet nr 2 poz 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 20 g, powłoka min 200cm X150cm, powłoczka min 70cm X 80cm, prześcieradło min 210cm X 150cm ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompletu pościeli o gramaturze 20 g, powłoka min 200cm X150cm, powłoczka min 70cm X 80cm, prześcieradło min 210cm X 150cm.

50. **Wykonawca – Pakiet nr 2 poz 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze min 25 g, powłoka min 200cm X150cm, powłoczka min 70cm X 80cm, prześcieradło min 210cm X 150cm ?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompletu pościeli o gramaturze min 25 g, powłoka min 200cm X150cm, powłoczka min 70cm X 80cm, prześcieradło min 210cm X 150cm.

51. **Wykonawca** – Czy Zamawiający zgadza się na dostawę masek chirurgicznych TYPII na gumki spełniających normę EN14683, koloru białego?

Odpowiedź – Zaoferowane maski chirurgiczne muszą spełniać kryteria masek TYP IIR.

ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje o następujących zmianach w siwz:

1. Zamawiający wydziela pozycje numer 1 z pakietu numer 4 i tworzy z niej nowy pakiet numer 6.
2. Zamawiający wydziela pozycje numer 3 i 4 z pakietu numer 4 i tworzy z nich nowy pakiet numer 7.
3. Zamawiający wydziela pozycję numer 4 z pakietu numer 1 i tworzy z niej nowy pakiet numer 8.
4. Zmienia się liczba pakietów z 5 na 8.

Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwam termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-19/2020 z dnia 28.09.2020 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień 29.09.2020 roku do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 24.09.2020 r.

Zatwierdzam:
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie