



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76
www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-20/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dzierżawę aparatu do oznaczania drobnoustrojów oraz genów oporności na antybiotyki metodą PCR wraz z odczynnikami i materiałami zużywalnymi do badań**”.

- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Dotyczy pkt V, punkt 1 SIWZ oraz §1 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzenia do 40 dni od daty podpisania umowy? Zmiana ta podyktowana jest bieżącą sytuacją epidemiologiczną i w związku z tym zwiększonym zapotrzebowaniem na analizatory.
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 4 tygodni od daty podpisania umowy i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
- Wykonawca** – §2 ust. 1 lit. a projekt umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w ilościach każdorazowo ustalonych przez Zamawiającego pisemnie tj. e-mailem na adres: @@@, nie później niż 7 dni od momentu zamówienia,”?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
- Wykonawca** – §2 ust. 10 projektu umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku opakowań po preparatach zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w tym nieodpłatnego ich odbioru po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego”?
Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.
- Wykonawca** – §3 ust. 1 projektu umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników posiadających co najmniej 6 miesięczny termin ważności?
Odpowiedź - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ry

6. **Wykonawca** – §3 ust. 5 projektu umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

7. **Wykonawca** – § 3 ust. 6 projektu umowy - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zdalnego serwisowania aparatu oraz wykreśli ten zapis z umowy? Uzasadnienie: Oferowany aparat nie posiada możliwości zdalnego podłączenia serwisowego. §3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia przekroczy 72 godziny w dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy.”?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio dostosowuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

8. **Wykonawca** – §7 ust. 1 pkt 2 lit. a projektu umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 5% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 3”?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie.

Staszów, dnia 24.09.2020 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Paweł Wojtasik

Dyż