

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie**



**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ–380–31/2020

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy „**ENDOPROTEZ**”:

1. **Wykonawca** – Czy wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej (zapis w formacie PDF)? W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności, Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. **Wykonawca** – Wzór umowy - załącznik nr 3: Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego. Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami. Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu.

**Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż par 1 ust 9 projektu umowy otrzymuje brzmienie: "Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania powierzonego w komis asortymentu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazyn".**

3. **Wykonawca** – Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Załącznik asortymentowo cenowy - poszczególne pakiety, pakiet nr 2, lp. 1. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 2, lp. 1 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego polietylen/metal dopuści produkt (panewkę poz. 2) o następujących parametrach: Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68mm. Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**

4. **Wykonawca** – Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Załącznik asortymentowo cenowy - poszczególne pakiety, pakiet nr 2, lp. 2. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 2, lp. 2 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego ceramika/ceramika dopuści produkt (panewkę poz. 2) o następujących parametrach: Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68mm. Pozostałe zapisy bez zmian.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**

5. **Wykonawca** – Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Załącznik asortymentowo cenowy - poszczególne pakiety, pakiet nr 2, lp. 2. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie nr 2, lp. 2 Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego ceramika/ceramika dopuści produkt (wkład ceramiczny poz. 3) o następujących parametrach: Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki BioloX Delta standard, o średnicach wewnętrznych 32, 36mm, opcjonalnie głowa pokryta okładziną ceramiczną.

**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**

Staszów, dnia 11.12.2020 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie