



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,

REGON 000302391, NIP 866-14-55-641

tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-32/2020

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy „**Jednorazowych wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej**”.

- Wykonawca – Dotyczy pakietu nr 1** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostką miary jest sztuka.
- Wykonawca – Dotyczy pakietu nr 1** - Czy Zamawiający wymaga, aby dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników systemu, wszystkie igły, uchwyty systemowe i adaptory luer pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź – Zamawiający wymaga.
- Wykonawca - Pakiet 1 poz.1** - Czy w pozycji nr 1 można zaoferować probówki z aktywatorem wykrzepiania i dodatkowo z żelem separującym o pojemności 5 ml?
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.2** - Czy w pozycji nr 2 można zaoferować probówki z aktywatorem wykrzepiania i dodatkowo z żelem separującym o pojemności 2,5 ml?
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.6** - Prosimy o wydzielenie probówki do morfologii z pozycji nr 6 do osobnego pakietu, co zapewni Zamawiającemu znacznie większą konkurencyjność złożonych ofert.
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.9** - Czy można zaoferować w tej pozycji probówki do oznaczania OB o objętości pobrania 1,8 ml do aparatu z wewnętrznym mieszadłem, co zapewni Zamawiającemu większą kompaktowość używanego aparatu a co za tym idzie lepszą organizację przestrzeni roboczej oraz standaryzację wykonania badania OB?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisie o konieczności wyposażenia czytnika w mieszadło zewnętrzne.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.11** - Czy można w tej pozycji zaoferować mikrometodę z żelem i aktywatorem wykrzepiania biochemia o objętości pobrania w zakresie 400-600 ul?
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.12** - Czy można w tej pozycji zaoferować mikrometodę do koagulologii o objętości pobrania 300ul?
Odpowiedź – Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
- Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.17** - Czy można w tej pozycji zaoferować igły systemowe z wizualizacją 0,8 z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym wmontowanym bezpośrednio na igle zintegrowane fabrycznie z uchwytem,

zaś adekwatną ilość igieł, czyli 40 000 tys. sztuk odliczyć z pozycji nr 16?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

10. **Wykonawca – Pakiet nr 1 poz.20** - Czy można zaoferować w tej pozycji nakłuwacze igłowe do uzyskania wypływu krwi o średniej objętości?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

11. **Wykonawca – Dotyczy formularza oferty, pkt. 7** - „Oferowane przez nas wyroby będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymogom obowiązującej ustawy Prawo farmaceutyczne”. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu.
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż pkt 7 formularza oferty otrzymuje brzmienie:
„Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia (wyroby) posiada dokumenty dopuszczające do wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do używania, z których wynika, iż ww. wyroby, zgodnie z treścią ww. ustawy, mogą być stosowane przez podmioty lecznicze na terytorium RP.”

12. **Wykonawca – Dotyczy terminu dostawy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy liczony był w dniach roboczych?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ w zakresie terminu dostawy. Informuje jednocześnie, iż termin dostawy będzie liczony w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku.

13. **Wykonawca – Rozdział VIII pkt. 4 d i e) SIWZ** - Czy Zamawiający odstąpi do wymogu dostarczenia próbek wyrobów, które są znane Zamawiającemu, ponieważ są dostarczane Zamawiającemu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wykonawca dostarczyłby próbki tylko tych wyrobów, których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie dostarczał Zamawiającemu.
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

14. **Wykonawca – Rozdział VIII pkt. 4 d i e) SIWZ** - Czy Zamawiający odstąpi do wymogu dostarczenia próbek wyrobów z pozycji: Pakiet nr 2 poz. 11, 24, 25, 26, Pakiet nr 3 poz. 13, 14-16 na rzecz folderów, szczegółowych opisów, z uwagi na to, że są to produkty wielorazowego użytku o wysokim koszcie zakupu i dużych gabarytach (np. poz. 24 z Pak. 2)?
Odpowiedź – Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek z pakietu 2 pozycja 24 i 26. Pozycje 11 i 25 nie są produktami wielorazowymi.

15. **Wykonawca – Rozdział XVII pkt. 11 SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka? *Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.*
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostką miary jest sztuka.

16. **Wykonawca – Dotyczy § 7 ust. 1, pkt. 1a projektu umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust.1 na z uwagi na 5% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej wartości brutto umowy ze względu na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż § 7 ust. 1, pkt. 2a projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:
"za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części dostawy".

17. **Wykonawca – Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 2b projektu umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towarów za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź – Pytanie powinno dotyczyć § 7 ust. 1 pkt 2b. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

18. **Wykonawca – Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2c projektu umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto wadliwych towarów, braków lub niezgodności towaru z umową za każdy dzień opóźnienia?
Odpowiedź – Pytanie powinno dotyczyć § 7 ust. 1 pkt 2c. Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający informuje również, iż kary umowne mają między innymi charakter dyscyplinujący wykonawców.

19. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbki do badań serologicznych z EDTA K2?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza. Probówki serologiczne z EDTA stanowią odrębną w pakiecie pozycję 7.

20. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania probówki na 1,8ml krwi i pojemności całkowitej 2,0ml?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

21. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 14** - Jaką średnicę posiadają butelki Biomerieux?
Odpowiedź – Średnica butelki Biomerieux to 35 mm.

22. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 19** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania osobno – igły systemowe z wizualizacją i osobno uchwyt z zabezpieczeniem przeciwwakłuciowym?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że uchwyty z zabezpieczeniem mogą być również wykorzystane przy używaniu igieł z wizualizacją.

23. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 20, 21** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania nakłuwaczy igłowych o średnicy igły 0,8mm i głębokości wkłucia 1,8 i 2,4mm?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza zaferowania nakłuwaczy igłowych.

24. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 1 pozycja 20, 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 1 nakłuwaczy jednorazowych nożykowych automatycznych i stworzenie na nie oddzielnego pakietu z uwagi na:

- na rynku polskim istnieje tylko jeden producent takich nakłuwaczy automatycznych.

- nakłuwacze należą do grupy 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi, a zatem „jako innego rodzaju produkty” powinny być osobno, niż pozostały przedmiot zamówienia określony w Pakiecie ..., szacowane do ustalenia wartości zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo. Zasadne jest umieszczenie ich w osobnym pakiecie, a nawet w osobnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- włączanie nakłuwaczy do jednego pakietu z typowym sprzętem laboratoryjnym preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie farmaceutyczne lub autoryzowanych bezpośrednich dostawców producenta, eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w typowym sprzęcie laboratoryjnym.

- wyłączenie pozycji nr 20 i 21 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję bezpośrednich dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen, co leży w interesie publicznym.

Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

25. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 2 pozycja 10** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek z żelem na 250 ul?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

26. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 2 pozycja 16 i 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szkiełek podstawowych, czystych, nie posklejanych, które nie są przekładane bibułą?
Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.

27. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 2 pozycja 24** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemnika o wymiarach 16x26x30cm?
Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę.

28. **Wykonawca – Dotyczy Pakietu 3 pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szpatułkę laryngologiczną sterylną, pakowaną indywidualnie, wykonaną z drewna?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

29. **Wykonawca – Dotyczy terminu składania ofert** - Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Odpowiedź – Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 07.12.2020 roku na godzinę 10:00.

30. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 8ml?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

31. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 500 sztuk i zaokrągłej wymaganej ilości do 7500sztuk, czyli 15 opakowań?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

32. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 6** - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 25ml?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
33. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 7** - Czy Zamawiający dopuści pojemniki z białą nakrętką?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
34. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 9** - Czy Zamawiający dopuści próbówki na o pojemności 100ul?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
35. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 9** - Czy Zamawiający zaokrągli wymaganą ilość do 500 sztuk ze względu na sposób pakowania producenta po 500 sztuk?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
36. **Wykonawca – Pakiet nr 2 pkt. 16** - Czy Zamawiający dopuści szkiełka nieprzekładane bibułą?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
37. **Wykonawca – Pakiet nr 3 pkt. 3** - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 25ml?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
38. **Wykonawca – Pakiet nr 3 pkt. 5 i 6** - Czy Zamawiający dopuści ezy wykonane z AS?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
39. **Wykonawca – Pakiet nr 3 pkt. 9-** Czy Zamawiający dopuści pałeczki z główką z bawełny ?
Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.
40. **Wykonawca – Pakiet nr 3 pkt. 12-** Czy Zamawiający dopuści szpatułki wykonane z drewna brzoźowego o wysokiej jakości?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
41. **Wykonawca – Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5-6 ezy pakowane po 40 sztuk?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
42. **Wykonawca – Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 5-6 ezy pakowane w torebce bez zamknięcia wielokrotnego użytku?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.
43. **Wykonawca – Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w poz. 8 i 9 należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza klasę I.
44. **Wykonawca – Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 Ezy z drutu bez kalibracji, średnica drutu 0,6 mm, oczko o średnicy 5 mm pakowane po 25 sztuk, wymagana ilość 50 sztuk?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-32/2020 z dnia 04.12.2020 roku na:
Aktualny termin składania ofert to dzień **07.12.2020 roku** do godziny **10:00** natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **11:00**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 02.12.2020 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie