



## Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

### Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-34/2020

### Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Przyrządów do endoskopii”.

- Wykonawca – Pakiet nr 4** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych do USG, z min kanałem roboczym 2.8mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
- Wykonawca – Pakiet nr 4** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, sztywnych poszerzań do dróg żółciowych, dł. cewnika 195cm, rozmiar 8.4-7-5Fr oraz 9.6-7-5 Fr, temperowanych, końcówka dł. 4cm.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
- Wykonawca – Pakiet nr 4** – Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów trzustkowych temperowanych tylko dla rozmiaru 7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
- Wykonawca – Pakiet nr 4** – Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek cytologicznych do dróg żółciowych, cewnik 6,6 lub 8Fr, długość 185 lub 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
- Wykonawca – Pakiet nr 4** – Prosimy o odstąpienie w pakiecie 4 od wymogu złożenia próbek (w ilości po 1 sztuce z pozycji) i dokonanie oceny oferowanych parametrów na podstawie ulotek, ze względu na niewielkie ilości jakie zamawiający zamierza zakupić (np. w pakiecie 4 w pozycji 4 – 1 sztuka i wymagana ilość próbek 1 sztuka; w pozycji 2 sztuki i wymagana ilość próbek 1 sztuka) zwiększając tym samym koszta jakie ponosi wykonawca. Dodatkowo w powyższym postępowaniu nie ma w kryteriach oceny jakości tylko cena i termin płatności.  
**Odpowiedź – W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyższej oceniona na wezwanie Zamawiającego złoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę n/w dokumenty: Próbki w ilości 1 szt. do pozycji asortymentowych, dla których w załączniku nr 2 wpisana jest więcej niż jedna sztuka, gotowa do użycia w warunkach szpitalnych (celem weryfikacji zgodności z wymaganiami). Próbka powinna zawierać: oryginalne opakowanie, dokładnie opisane (opis powinien zawierać m.in. nazwę artykułu, nr katalogowy, producenta, data produkcji).**
- Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Ilości zużycia podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia bez potrzeby sporządzania aneksu, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że ilości przedmiotu zamówienia podane w

załączniku numer 2 stanowią wartości (ilości) szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. Zamawiający wyznacza gwarantowane minimum realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80% wartości zamówienia”?

**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.**

7. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2e** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nie rozpakowany, w żaden sposób nie oznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby”?

**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.**

8. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Uzupełnienie stanu materiałów do Pracowni Endoskopii (komisu) będzie realizowane w terminie do 4 dni roboczych od daty przekazania protokołu zużycia”?

**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.**

9. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Odpowiedź – Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 3 dni od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak powyżej.**

11. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca w ciągu 48 godzin od uznania reklamacji jest zobowiązany do usunięcia wad przedmiotu zamówienia lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad”?

**Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż właśnie takie brzmienie ma przytoczony zapis.**

12. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „ Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku:

1. nie udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację,
2. dwukrotnego nie zastosowania się do jej wymogów w terminie podanym w ust. 1,
3. trzykrotnego niedostarczenia niektórych pozycji asortymentowych w trakcie trwania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Kosztyzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę w wysokości różnicy między kosztami wykonania zastępczego a kosztami zakupu na podstawie zawartej umowy”?

**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.**

13. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2a** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „ Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej wartości umowy”?

**Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż § 7 ust 1 pkt 1a) oraz pkt 2a otrzymują następujące brzmienie:**

**„Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:**

- 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej wartości umowy,

- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej wartości umowy”.

14. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2b** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 120,00 zł, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie”?  
**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak powyżej.**

15. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?  
**Odpowiedź – Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu jak powyżej.**

16. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2d** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „..., w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 120,00 zł za stwierdzone uchybienie. w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie”?  
**Odpowiedź – Zamawiający informuje, iż § 7 ust 2d otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 6 miesięczny okres przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie”.**

17. **Wykonawca – Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do zobowiązań Udzielającego zamówienia wynikających z niniejszej umowy, jednak zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?  
**Odpowiedź – Zamawiający pozostaje przy zapisach projektu umowy.**

18. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaka w formie siatki rozpostartej na pętli o średnicy 40 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

19. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

20. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 32 mm, o długości 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

21. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

22. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli w rozmiarze 10,15, 20 25 i 30 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

23. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o śr. 2,4 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

24. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o śr. 2,4 mm, średnica ostrza igły 0,6 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
25. **Wykonawca – Pakiet nr 2** - Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o śr. 2,3 mm, długość cięciwy 20,25 i 30 mm, długość noska 5 mm, końcówka dystalna zwężana do 1,67 mm.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
26. **Wykonawca** – Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: **z Pakietu nr 2 pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 w jedno osobne zadanie (np. Zadanie nr 2a)** i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.  
**Odpowiedź – Zamawiający wydziela z Pakietu nr 2 pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i tworzy z nich osobny Pakiet nr 5.**
27. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści chwytak o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
28. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
29. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętlę o rozmiarze 32mm i średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
30. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną o średnicy osłonki 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
31. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętlę o rozmiarach 10mm, 15mm, 30mm, bez skalowanej rękojeści? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.**
32. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6mm lub 0,8mm (do wyboru Zamawiającego), o długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o średnicy 2,4mm, w osłonce wykonanej z PTFE, bez metalowego kołnierza i ze strzykawkami pakowanymi oddzielnie (prosimy o wskazanie pojemności strzykawek oczekiwanej przez Zamawiającego), pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
33. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści przewodnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średnio sztywny), pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG, przewodnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym, izolowany elektrycznie, dwukolorowy, z możliwością kontroli ruchu i położenia, o całkowitej długości narzędzia 4500mm, pakowany pojedynczo, sterylizowany w panczerze transportowym?  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
34. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o średnicy narzędzia 2,0mm, o długości cięciwy 20mm, 25mm lub 30mm (do wyboru przez Zamawiającego), o długości noska 5mm, z końcówką dystalną temperowaną do 1,75mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

35. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości ramienia 9mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
36. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 11. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o rozwarciu klipsa 11mm lub 16mm (do wyboru przez Zamawiającego) i długości ramienia 9mm-9,5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**
37. **Wykonawca** – Pakiet 2, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o długości ramienia 9,5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.  
**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza.**

### Zmiana treści SIWZ

Zamawiający informuje o następujących zmianach w siwz:

1. Zamawiający wydziela pozycje numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 z pakietu numer 2 i tworzy z nich nowy pakiet numer 5.

2. Zmienia się liczba pakietów z 4 na 5.

3. Zmienia się zapis sekcji nr VIII pkt 3 SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, **Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego złoży** w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę n/w dokumenty:

- Materiały firmowe producenta w języku polskim (opisy / foldery / katalogi / fotografie / etykiety) potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia,
- Próbki w ilości 1 szt. do pozycji asortymentowych, dla których w załączniku nr 2 wpisana jest więcej niż jedna sztuka, gotowa do użycia w warunkach szpitalnych (celem weryfikacji zgodności z wymaganiami). Próbka powinna zawierać: oryginalne opakowanie, dokładnie opisanie (opis powinien zawierać m.in. nazwę artykułu, nr katalogowy, producenta, data produkcji),
- Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów - załącznik numer 5 do siwz.

### Zmiana SIWZ - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego numer DZPiZ-380-34/2020 z dnia 12.01.2021 roku na:

Aktualny termin składania ofert to dzień 13.01.2021 roku do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 07.01.2021 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie