



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl

DZPiZ-381-7/2024

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania na **Sukcesywne dostawy Materiałów do iniekcji**

- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 1) igłę jednorazowego użytku - do iniekcji, wykonana ze stali nierdzewnej (rurka cienkościenna), pokryta silikonem, nasadka igły i osłonka zabezpieczająca wykonane z polipropylenu, rozróżnienie kolorystyczne nasadek według rozmiarów zgodnie z ISO, kolorowy kod także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, igły występują z ostrzami długo ściętymi LB/BL, nietoksyczne, wolne od pirogenów, pozbawione lateksu.
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 2) igłę 0,33x6mm?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 3) strzykawkę 1ml do insuliny o średnicy 0,33x13?
Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 4) strzykawki trzyczęściowe o właściwościach:
 - łącznik stożkowy Luer Lock umieszczony centralnie
 - czytelna, skala pomiarowa: 2ml co 0,1ml, 3ml co 0,1ml, 5 ml co 0,2 ml, 10 ml co 0,5 ml, 20 ml co 1 ml, 30 ml co 1ml
 - podwójna skala: 2 ml; 5 ml; 10 ml; 20 ml
 - przezroczysty cylinder (korpus polipropylen) strzykawki umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
 - tłok strzykawki w kolorze białym (polipropylen)
 - guma uszczelniająca wykonana z poliizoprenu
 - pojedyncza kryza zabezpieczająca tłok przed wypadaniem
 - logo oraz nazwa strzykawki umieszczona na korpusie strzykawki
 - oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku oraz brak lateksu
 - sterylizowana tlenkiem etylenu**Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ.**
- Wykonawca** – W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np. przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej?
Odpowiedź – Zamawiający nie narzuca sposobu kontroli warunków dostawy. Asortyment ma być dostarczany zgodnie z wymaganiami, a od Wykonawcy/Dostawcy zależy sposób w jaki potwierdzi spełnienie wymagań prawidłowej dostawy.
- Wykonawca** – Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 2) igłę 0.25 mm x 5 mm (31G x 3/16")?
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

7. **Wykonawca** – Poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do pena z szeroką osłoną ograniczającą nacisk na skórę. Automatycznie blokująca się igła po wykonaniu zastrzyku – profilaktyka zakłuc (igła pozostaje niewidoczna). po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (z obu stron : od strony pacjenta i od strony wstrzykiwacza). Kompatybilność ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insuliny; 30G x 3/16” – 0.3x5mm, sterylizowana radiacyjnie.
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 26.02.2024 r.

Zatwierdzam
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie