

# Filtr do tracheostomii

## Wymiennik ciepła i wilgoci

"sztuczny nos" - nawilżacz

sterylny

Nr kat AL-080259.V003



### Parametry techniczne i cechy użytkowe

Zastosowanie	dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie
Objętość oddechowa $V_T$	50 - 1000 ml
Opór przepływu	0,63cm H <sub>2</sub> O przy 30l/min 1,8 cm H <sub>2</sub> O przy 60l/min 3,5 cmH <sub>2</sub> O przy 90l/min
Masa	8,4 g
Przestrzeń martwa	15 ml
Nawilżanie	po 24 godz. 28,8mg/l H <sub>2</sub> O przy $V_t=500$ ml
Port do odsysania z zatyczką	umieszczony centralnie
Średnica portu do odsysania	6,1 mm
Powierzchnia wymiennika	> 500 cm <sup>2</sup>
Wkład celulozowy	higroskopowy
Złącza	15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostomijnej
Port do drenu tlenowego	5,5 mmM
Nie zawiera lateksu i ftalanów (DEHP i PHT))	
Czas stosowania	do 24 godz.
Opakowanie	pojedyncze folia-papier
Opakowanie zbiorcze	50 szt

Producent:

**Meditera**<sup>®</sup>

İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak Nr 29

Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, İzmir, Turcja

[www.meditera.com.tr](http://www.meditera.com.tr)

Importer i dystrybutor w Polsce:

**CIRRO**  
BREATH OF INNOVATION

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

[www.cirro.pl](http://www.cirro.pl) [cirro@cirro.pl](mailto:cirro@cirro.pl)

tel +48 85 66 45 200