

Haszów, Dnia 28.4.2022r

ORZECZENIE TECHNICZNE

1. Zleceniodawca

SP 2202 w Staraszowie
ul. M. Dąbrowskiego 78, 28-200 Staraszów

2. Miejsce użytkowania

Pracownia RTG

3. Nazwa urządzenia lub aparatu

Aparat RTG Philips DuoDiagnost

nr fabryczny 00.00.234

nr inwentarzowy

4. Charakterystyka urządzenia lub aparatu:

a/ producent

PHILIPS

b/ rok budowy

2001

c/ czas eksploatacji

ok. 21 lat

d/ części składowe - cechy charakterystyczne

5. Stan techniczny

Aparat w znacznym stopniu
wyeksploatowany, opóźniona tej konstrukcji technicznej
Uszkodzony generator

6. Wnioski

Brak wsparcia technicznego, zalecane
wycofanie z eksploatacji

7. Decyzja

Aparat wycofany z użytkowania

Zespół orzekający

1/

Dariusz Gruszczyński

(Nazwisko i Imię- podpis)

1/

.....

(Nazwisko i Imię- podpis)

ZATWIERDZAM

DarMed
ul. Pszczyńska 44/49, 80-431 Kraków
Dariusz Gruszczyński
Specjalista ds. aparatury medycznej
SERVUS